



FUNDAÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ

CONVITE DE PARTICIPAÇÃO EM COTAÇÃO DE PREÇOS N. 06/2022
Aquisição de equipamentos e
materiais permanentes para estabelecimentos de saúde

O Diretor Executivo e a Presidente da Comissão de Licitações e Processos Análogos da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí - FUVS, instituição privada, sem fins lucrativos, no uso de suas atribuições legais, convida esta empresa para participar da cotação de preços para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio.

1. DO OBJETO

O objeto da presente cotação de preços é a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, **no âmbito do Contrato Administrativo nº 229/2021, celebrado com o Município de Pouso Alegre, por Intermédio da Secretaria de Municipal de Saúde e na Resolução SES/MG nº 7.560, de 17 de junho de 2021.**

1.1. EQUIPAMENTO: ELEVADOR PARA TRANSPOSIÇÃO DE LEITO

- **Especificação Sugerida:**

Composição: ATÉ. 200KG/ ELÉTRICO;
Material de Composição: AÇO OU ALUMÍNIO.

- **Quantidade: 05 UNIDADES**
- **Prazo de entrega: 90 (Noventa) dias**

1.2. EQUIPAMENTO: EMISSÕES OTOACUSTICAS

- **Especificação Sugerida:**

O Equipamento deve realizar triagem e diagnóstico. DPOAE e TEOAE. Deve permitir a configuração de protocolos e apresentar resultados quantitativos de nível de sinal, nível de ruído, relação sinal-ruído. Possuir memória para no mínimo 200 testes e impressão dos dados. Deve acompanhar o aparelho sonda PD e TE, conjunto de olivas TE e DP, cabos para comunicação para computadores, software e maleta para transporte.

- **Quantidade: 01 UNIDADE**
- **Prazo de entrega: 60 (Sessenta) dias**

1.3. EQUIPAMENTO: ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL (FIBROENDOSCÓPIO)



FUNDAÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ

- **Especificação Sugerida:**

Equipamento de utilização clínica, composto por endoscópio flexível, fonte de luz, equipado com seus respectivos acessórios, para observação do trato respiratório. Aplicação básica: Equipamento destinado a procedimentos e observação do trato respiratório em pacientes acometidos de traumas, possibilitando o domínio da intubação difícil. Fibrobroncoscópio com ângulo de visão de no mínimo de 90 noventa graus, profundidade de aproximadamente 3 a 50 mm, capacidades de angulação de aproximadamente 180 graus para cima, 130 graus para baixo. Tubo de inserção com diâmetro externo máximo de 5,0 cinco mm, diâmetro distal de no máximo 5,0 cinco mm e comprimento de trabalho de aproximadamente 600 mm. Dotado de canal de trabalho com diâmetro de no mínimo 2,0 mm e comprimento total de no mínimo 850 mm. Esterilizável por processo de baixa temperatura e desinfecção por Ácido Peracético. Devem acompanhar o equipamento: 01 um limpador de lente, 01 uma escova para limpeza, mala para transporte e acondicionamento do equipamento, cabos, conectores e adaptadores necessários ao funcionamento do equipamento, fonte de luz de no mínimo 175 W, com ajuste da intensidade luminosa, cabo de fibra ótica com conectores e 01 uma lâmpada reserva.

- **Quantidade: 01 UNIDADE**

- **Prazo de entrega: 60 (Sessenta) dias**

1.4. EQUIPAMENTO: MANTA TÉRMICA ELÉTRICA

- **Especificação Sugerida:**

Controle digital microprocessado com três níveis de temperaturas: Com sensores de temperatura no interior da manta e sistema de proteção contra falhas. Timer para desligamento automático após 1 hora de uso contínuo. Fonte de alimentação: bivolt automático. Tamanho aproximado: 0,68x1,48m.

- **Quantidade: 10 UNIDADES**

- **Prazo de entrega: 30 (TRINTA) dias**

1.5. EQUIPAMENTO: SISTEMA DE HIPO/HIPERtermia (COLCHÃO/MANTA)

- **Especificação Sugerida:**

Sistema de controle de temperatura do corpo do paciente para ser usado durante e após cirurgias, com gabinete em aço com pintura epóxi e tampa plástica. O sistema é controlado por um microprocessador que regula o fluxo de água que circula no sistema garantindo um aquecimento ou resfriamento mais rápido. Modo manual ou automático de fácil operação. Água de 4 a 42 graus Celsius. Paciente de 30 a 40 graus Celsius. Possui tecnologia Gradiente de Controle de temperatura. Conexão para sensor de temperatura. Sistema



FUNDAÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ

térmico, compressor de 1/3HP. Elemento térmico de 800 Watts. Resfriamento de 4 graus Celsius por minuto. Aquecimento de 3 graus Celsius por minuto. Sistema de circulação de água. Duplo reservatório com 7 1/2 litros no total. Fácil conexão e desconexão, conexão simultânea de até três colchões. Sistema de Segurança. Alarme sonoro e visual. Acessórios: 01 Colchão Adulto, 01 Sensor de temperatura Adulto.

Características Adicionais:

Possuir monitoração da temperatura do fluido e do paciente; variar de tamanho de acordo com a necessidade (infantil ou adulto); alimentação elétrica: 110/220 V - 60 Hz.

- **Quantidade: 01 UNIDADE**
- **Prazo de entrega: 60 (Sessenta) dias**

2. DA PROPOSTA COMERCIAL

2.1. A proposta comercial deverá ser formalizada e enviada para à Gerente de Compras da Fuvs, no e-mail camilarocha@fuvs.br, do dia **01/02/2022** até às **17h do dia 04/02/2022**, e deverá:

2.2. Estar legível, isenta de ressalvas, rasuras e entrelinhas. Também deverá ter linguagem clara, precisa e que não dificulte a exata compreensão dos seus enunciados, sob pena de recusa.

2.3. A proposta completa deverá conter, no mínimo, o demonstrativo do cálculo individual, condições de pagamento e todas as demais informações necessárias.

2.4. O prazo mínimo de validade das propostas será de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

2.5. A participação na presente Cotação implica na obrigação da empresa participante em atender às Ordens de Compras emitidas, nos prazos estipulados, sob pena das sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

2.6. A empresa participante poderá cotar um ou mais equipamentos relacionados neste Convite.

3. DOS CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS

3.1. Para ser classificada a empresa deverá atender aos seguintes critérios classificatórios:

3.1.1. Menor preço;

3.1.2. Atender as especificações técnicas; e



FUNDAÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ

3.1.3. Prazo de entrega, conforme estabelecido neste Convite.

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. O presente Convite estará disponível no site institucional do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, na *home page* www.hcsl.edu.br.

4.2. As decisões proferidas pela FUVS são irrecorríveis.

4.4. Os esclarecimentos complementares, se necessários, poderão ser solicitados através do telefone (35) 3449-8659.

Pouso Alegre, 24 de janeiro de 2022.


Igor Souza Nogueira Osório
Diretor Executivo

Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí


Pamela Camila Quintino da Silva Neves
Presidente da Comissão de Licitações e Processos Análogos
Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí


Felipe Dionizio de Melo
Engenheiro Clínico
Hospital das Clínicas Samuel Libânio